

Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-9.2019

Załącznik nr 6A do SIWZ

Poz.	Nazwa
I.	Łóżko na stanowisko intensywnej terapii nr 1 – 1 szt.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Łóżko intensywnej opieki medycznej – dorosłego
2	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm
3	Długość łóżka minimalna 2000 cm, maksymalna (funkcja przedłużania długości łóżka) po przedłużeniu 2400 mm. Leże 4 sekcyjne
4	Regulacja elektryczna następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, segmentów pleców, segmentu uda, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
5	Funkcja CPR segmentu pleców
6	Zasilanie 230 V, 50/60Hz; Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym
7	Na wyposażeniu pilot do sterowania
8	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy
9	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 125 mm, z czego 2 z indywidualną blokadą jazdy i obrotu
10	Barierki boczne – 2 szt.
11	Materac o gr. min. 120 mm zmywalny w pokrowcu nieprzemakalnym
12	Uniwersalne listwy do zawieszenia woreczków na mocz lub haczyki do zawieszenia woreczków na mocz min. 4 szt.
13	Wieszak do kroplówki – 1 szt.
Poz.	Nazwa
II.	Łóżko na stanowisko intensywnej terapii nr 2 – 1 szt.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Łóżko intensywnej opieki medycznej – dziecięce
2	Łóżko 4 sekcyjne (3 ruchome sekcje) oparte na pantografie albo na kolumnach, elektryczna regulacja wysokości, pilot do sterowania, funkcja CPR
3	Opuszczane barierki zapewniające ochronę na długości całego leża, 4 plastikowe okrągłe odbojniki, wyjmowane szczyty łóżka
4	Cztery antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm z centralnym hamulcem i blokadą jazdy na wprost lub min. 2 z indywidualną blokadą jazdy i obrotu
5	Materac o gr. min. 120 mm zmywalny w pokrowcu nieprzemakalnym
6	Długość całkowita max. 2000 mm x szerokość całkowita maksymalna 1000 mm
Poz.	Nazwa
III.	Zestaw mebli medycznych nr 1 – 1 kpl.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba

Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-9.2019

1	Wózek na odpady, brudną bieliznę podwójny stelaż na worki – 1 szt. Stelaż i obręcz do worków – stal chromowana lub stal kwasoodporna
	Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna. Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy
	Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy
2	Stolik zabiegowy – 1 szt.
	Powinien posiadać 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal
	Półki – szkło lub stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą
3	Wózek do rozwożenia leków – 1 szt. Konstrukcja z metalowych rurek
	Uchylna miska z tworzywa
	Przenośne tace
	Przegrody na leki z tworzywa sztucznego
	Półki do umieszczania tac
	Koła jezdne min. 2 z blokadą
4	Stolik do badania i pielęgnacji niemowląt z szafką – 1 szt., Rama ze profili
	Błat tapicerowany materiałem ze skóry ekologicznej z kołnierzem z pianki tapicerowanym materiałem ze skóry ekologicznej z 3 stron (z tyłu i po bokach)
	Szafka z płyty laminowanej. Koła jezdne min. dwa z blokadą
5	Łóżeczko dla noworodków z leżem wykonanym z plastikowego tworzywa – 1 szt.
	Przejezdne, wyposażone w min. 2 koła z blokadą
	Wyposażone w materacyk w pokrowcu nieprzemakalnym
Poz.	Nazwa
IV.	Kozetka lekarska – 1 szt.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1.	Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało
2.	Leże dwusegmentowe, tapicerowane min. 5 rodzajów kolorów
3.	Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: ok. +45°
4.	Wymiary ok.: 1850x560x500 mm [długość x szerokość x wysokość]
Poz.	Nazwa
V.	Zestaw mebli medycznych nr 2 – 1 kpl.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Wózek na odpady, brudną bieliznę podwójny stelaż na worki – 1 szt. Stelaż i obręcz do worków – stal chromowana lub

Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-9.2019

	stal kwasoodporna
	Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna. Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy
	Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy
2	Stolik zabiegowy – 1 szt.
	Powinien posiadać 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal
	Półki – szkło lub stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą.
3	Taboret obrotowy na śrubie wykonany z aluminium – 3 szt.
4	Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym – 1 szt. Nośność min. 150 kg
	Funkcja BMI, Funkcja TARA, Zasilanie elektryczne, Wzrostomierz, Legalizacja
Poz.	Nazwa
VI.	Łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 szt.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Zdejmowane wezgłowie, Funkcja CPR, wysokość regulowana elektrycznie
2	Minimalne wymiary: długość min. 210 cm, szerokość min. 95 cm
3	Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem
4	Barierki składane wzdłuż leża łóżka Leże wypełnione
5	Haczyki na worki urologiczne
6	Materac piankowy dopasowany do wymiarów leża o pokrowcu nieprzemakalnym
7	Uchwyt na kaczkę i uchwyt na basen
8	Rama ortopedyczna, uchwyt pacjenta
9	Wytrzymały materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy, ok 15 komór, z pokrowcem nieprzemakalnym, pompa w zestawie
	Nazwa
VII.	Stanowisko do iniekcji – 1 szt.
	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo
2	Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane
3	Regulacja wysokości i obrotu podłokietników
4	Szerokość siedziska ok.: 510x460 mm
5	Wysokość oparcia ok.: 360 mm
6	Wysokość siedziska od podłoża ok.: 500 mm
7	Wymiary całkowite ok.: 622x520x850 mm [długość x szerokość x wysokość]
Poz.	Nazwa

Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-9.2019

VIII. Łóżko pacjenta domowe – 1 szt.	
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Łóżko domowe wykonane z litego drewna - kantówki sosnowej min. 26x100 mm
2	Po środku łóżka powinna znajdować się kantówka i podtrzymująca ją piata i szósta noga. Wszystkie nogi powinny być podklejone od spodu filcem w celu ochrony podłogi przed porysowaniem. W poprzek powinny być ułożone kantówki tworzące stelaż podtrzymujący materac. Łóżko powinno być w kolorze naturalnego drewna sosnowego polakierowanego lakierem bezbarwnym
3	Wymiary zewnętrzne łóżka: szerokość: min. 147 cm, długość min.: 204 cm, przestrzeń pod łóżkiem min.: 24 cm (tolerancja wymiarów w zakresie +/- 5%)
4	Materac ze sprężynami bonellowymi o twardości min. H3, pokrowiec powinien być wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej. Materac powinien być kompatybilny z łóżkiem domowym
5	Wymiary zewnętrzne materaca dostosowane do wymiarów łóżka
6	Łóżko wyposażone w stolik wykonany z drewna sosnowego polakierowanego lakierem bezbarwnym z wysuwaną szufladę oraz szafka zamykana jednoskrzydłowymi drzwiami pełnymi. Drewniane uchwyty ułatwiające otwieranie oraz 4 drewnianych nóżki podklejonych od spodu filcem. Wymiary zewnętrzne, szerokość: 43 cm wysokość całkowita: 54 cm głębokość: 34 cm (tolerancja wymiarów w zakresie +/- 5%)
Poz.	Nazwa
IX. Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej – 1 kpl.	
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Materac przeciwoleżynowy – obciążenie min 100 kg, pompka w zestawie, zapasowy segment, powierzchnia użytkowa nie mniej niż 200 cmx90 cm - 1 szt.
2	Nakładka przeciwoleżynowa z pianki termo aktywnej o wymiarach ok. 90x200x5 cm - 1 sztuka
3	Krążek przeciwoleżynowy piankowy średnica ok. 15 cm, grubości ok. 5 cm – 2 sztuki
4	Krążek przeciwoleżynowy piankowy średnica ok. 25 cm, grubości ok. 5 cm – 2 sztuki
5	Krążek przeciwoleżynowy piankowy średnica ok. 40 cm, grubości ok. 5 cm – 2 sztuki
6	Krążek żelowy przeciwoleżynowy średnica ok. 13,5 cm, grubości ok. 5 cm – 2 sztuki
7	Wałek przeciwoleżynowy o wymiarach ok. Ø12,5 cm x dł. 43 cm (+/- 1 cm) z pokrowcem z pianki poliuretanowej – 1 sztuka
8	Symulator odczuć osób starszych
Poz.	Nazwa
X. Szafka przyłóżkowa – 1 szt.	
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka
2	Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego
3	Szerokość całkowita: 475 mm (+/- 20 mm)
4	Długość całkowita: 475 mm (+/- 20 mm)

Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-9.2019

5	Wysokość całkowita: 810 mm (+/- 20 mm)
6	Blat szafki wykonany z tworzywa
7	Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania niewystające poza obrys szafki
8	Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki
9	Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat nad szufladą np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp.
10	Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 65 mm, w tym 2 z blokadą (+/- 5 mm)
Poz.	Nazwa
XI.	Wózek transportowy – 1 szt.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Wózek transportowy 2-segmentowy
2	Blat wózka 2-segmentowy, materac z uchwytami do przemieszczania pacjenta.
3	Długość min. 1960 mm
4	Szerokość wózka 610 mm (+/-20 mm)
5	Szerokość leża minimum 610 mm
6	Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0° do +35°
7	Regulacja pochylecia oparcia pleców wspomagane są sprężyną gazową
8	Regulacja wysokości w zakresie min. 580 mm – 850 mm
9	Regulacja wysokości za pomocą mechanizmów: śrubowego lub hydraulicznego
10	Koła o średnicy min 150 mm z centralnym systemem blokowania (dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku) bądź z 1 dźwignią nożną od strony nóg
11	Bezpieczne obciążenie robocze min. 170 kg
Poz.	Nazwa
XII.	Wózek inwalidzki – 1 szt.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
2	6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika
3	Hamulce oparte na systemie sprężynowym lub dociskowym
4	Szerokość siedziska ok.: 39, 42, 44, 46, 48 cm
5	Koła na szybkozłączach
6	Koła tylne, pompowane: ok. 24'
7	Rama krzyżakowa ze stali precyzyjnej
8	Podnóżki odchylane i wyjmowane

Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-9.2019

9	Podłokietniki odchylane, długie lub krótkie
10	Czarna, zmywalna, nylonowa tapicerka
11	Kolor ramy: srebrny lub granatowy
12	Waga: max. 18 kg
13	Udźwig: min. 120 kg
14	Szerokość wózka: ok. 60 / 62 / 64 cm
15	Głębokość siedziska: ok. 41 cm
16	Wysokość oparcia: ok. 41cm
Poz.	Nazwa
XIII.	Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów - 1 kpl.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Materac do przemieszczania pacjentów wykonany z tkaniny o bardzo niskim współczynniku tarcia po stronie wewnętrznej oraz gładkiej tkaniny od strony zewnętrznej. Wymiary min.100x85 cm
2	Pas do przenoszenia wymiary: min. 87x16 cm
3	Nosze do przenoszenia z 6-8 uchwytyami wymiary min.: 200x90 cm
4	Siedzisko materiałowe zmywalne o wym. min. 80x80 cm z 4 uchwytyami
5	Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjentów. Dopuszczalne obciążenie: min. 150kg. Wymiary min.: długość 825 [mm], szerokość 330[mm], grubość 25 [mm]
6	Łatwo ślizg 2 szt. (podkład ślizgowy) pod prześcieradło wykonany z ultra cienkiego nylonu, zszytego w formie rękawa. Wymiary min.: 200 x 140 cm
7	Panel ślizgowy/deska do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w 12 uchwytów na obwodzie. Wykonane ze polietylenu wymiary: dł. 180 cm +/- 5 cm; szer. 48 cm +/- 3 cm; gr. Max. 5 mm
8	Krótką deską do przemieszczania pacjenta wyposażony w min. 2 uchwyty. Wymiary: dł. 65 cm +/- 5 cm; szer. 25 cm +/- 5 cm; gr. 12-15 mm
9	Panel ślizgowy do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w 12 uchwytów na obwodzie. Wykonane ze polietylenu wymiary: dł. 180 cm +/- 5 cm; szer. 48 cm +/- 3 cm; gr. max. 5 mm
Poz.	Nazwa
XIV.	Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów – 1 kpl.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Wózek transportowo-kąpielowy dla osoby dorosłej. Możliwość swobodnego spływu wody, odpływ z zatyczką.
	Leżysko – wanna Koła wózka wyposażone w hamulce
	Poduszka dla pacjenta.
2	Podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów.

Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-9.2019

	Koła podnośnika wyposażone w hamulce
	Możliwość awaryjnego opuszczania w dół
	Możliwość podnoszenia pacjenta z łóżka
	Możliwość podnoszenia pacjenta z wózka
	Siedzisko transportowo kąpielowe w zestawie
3	Pneumatyczny zestaw do mycia włosów u osób w pozycji leżącej. Pneumatyczna miska z węzłem odpływowym pojemnik na wodę z węzłem z końcówką prysznicową. Pompka do nadmuchiwania.
4	Taboret prysznicowy dla osób niepełnosprawnych ze stopkami antypoślizgowymi
Poz.	Nazwa
XV.	Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 szt.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego liczba
1	Konstrukcja kolumnowa lub równoważna. Długość maksymalna łóżka 2400 mm, szerokość całkowita łóżka 1000 mm
2	Łóżko w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu pleców i uda
3	Pozycje Anty- i Trendelenburga. Funkcja CPR
4	Sterowanie pozycjami łóżka z panelu i/lub pilota i/lub przycisków nożnych
5	Pełna regulacja przechyłów bocznych
6	Barierki boczne – 2 szt.
7	Wieszak kroplówki – 1 szt.
Poz.	Nazwa
XVI.	Zestaw wyposażenia biurowego – 1 kpl.
Lp.	Wymagane parametry/wyposażenie i jego ilość
1	Biurko komputerowe o długości 120 cm wysokość 70 cm szerokość 80 cm. Wyposażone w listwę zasilającą 4x230V z możliwością zamontowania pod blatem